

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

Витратні матеріали для лабораторії згідно коду ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код Замовника:

Державна установа «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»;

Місцезнаходження: вул. Велика Бердичівська, буд.64, м. Житомир, індекс 10002;

Код ЄДРПОУ: 38499986

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лоту) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Витратні матеріали для лабораторії згідно коду ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали

3. Посадова особа Замовника:

Бойко Марина Юріївна, фахівець з публічних закупівель.

4. Інформація про закупівлю:

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-24-008563-a

5. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість розрахована на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 №275, на підставі отриманих трьох комерційних пропозицій.

Ціна предмета закупівлі становить - 230167,00 грн.

6. Опис закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі 230167,00 грн. (двісті тридцять тисяч сто шістдесят сім гривень 00 коп.)

КЕКВ: 2220

Строк поставки – до 31 грудня 2025 року включно;

7. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

	Найменування	Код НК 024:2023	Медико технічні вимоги В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару, надає інструкцію в якій буде зазначено хімічний склад живильного середовища/реагенту/реагенту (надають учасники процедури закупівлі при подачі еквіваленту).	Од. виміру	Кіль- кість
1	Чашка Петрі, одноразова стерильна діаметр 90 мм	43344- Чашка Петрі для тканинної культури	Фасування: упаковка 10 штук Чашка Петрі – одноразова стерильна діаметр 90 мм. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro.	шт.	10000
2	Аплікатор одноразовий стерильний	46238- Стерильна пробірка	Аплікатор - тампон з медичної очищеної бавовняної вати, зафіксованої на дерев'яному стрижні, індивідуальне пакування стерильно. Апірогенно. Розмір 150 ммх2.2	шт.	2000
3	Мішок з поліпропілену для автоклавування до 134 °C, розмір 400 мм х 660 мм	13735 - Пакування для стерилізува ння одноразовог	Виготовлений з поліпропілену і витримує температуру до 141°C. Висота пакету 660 мм, ширина 400 мм. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно	шт.	1500

		о використан ня	мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro.		
4	Пакет червоний, для збору, зберігання та утилізації медичних відходів	62172 - Мішок для збирання лабораторних біологічно небезпечних відходів	Фасування: пакування 100 штук Категорія: В Розмір: 500 мм × 600 мм Щільність: 40 мкм. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro.	пак.	15
5	Піпетка 2 мл	43375- Піпетка з ручним заповненням	ГОСТ 29228-91 скло Сертифікат якості надається у складі пропозиції державно мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	шт.	50
6	Піпетка 5мл	43375- Піпетка з ручним заповненням	ГОСТ 29228-91 скло Сертифікат якості надається у складі пропозиції державно мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	шт.	50
7	Петля мікробіологічна № 1	15155- Інокуляційна петля IVD (діагностик a in vitro)	Петля бактеріологічна ніхромова Довжина: 6 – 9 см Діаметр вушка: 1 мм. Виготовлена із спеціального жаростійкого ніхромового сплаву. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro.	шт	200
8	Петля мікробіологічна № 3	15155- Інокуляційна петля IVD (діагностик a in vitro)	Петля бактеріологічна ніхромова Довжина: 6 – 9 см Діаметр вушка: 3 мм. Виготовлена із спеціального жаростійкого ніхромового сплаву. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro.	шт	200
9	Петля мікробіологічна № 5	15155- Інокуляційна петля IVD (діагностик a in vitro)	Петля бактеріологічна ніхромова Довжина: 6 – 9 см Діаметр вушка: 5 мм. Виготовлена із спеціального жаростійкого ніхромового сплаву. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro.	шт	200
10	Шпатель стерильний одноразовий	42461 – Депресор язика оглядовий	Краї шліфовані. Матеріал – екологічно чиста деревина. Індивідуальна упаковка. Стерильно. Апірогенно. Одноразового застосування.	шт.	200
11	Набір для відбору матеріалу	65001-	Аплікатор на пластиковій паличці	шт.	15000

	стерильні одноразові (пробірка та аплікатор)	Контейнер для проби з носоглотки IVD (діагностик а in vitro), середовище для інактивації вірусів	в пробірці із захисним ковпачком, стерильний. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro.		
--	--	--	--	--	--

8. Обґрунтування закупівлі: для потреб бактеріологічної лабораторії , відповідно до поданої службової записки завідуючої лабораторії, Бінковської Наталії Іванівни, затвердженої керівником установи.